

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

ідентифікатор закупівлі UA-2023-09-15-001773-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Мета проведення закупівлі: Для організації роботи медичного закладу КНП «Красноградська центральна районна лікарня», замовник повинен забезпечити створення умов якісного та ефективного лікування пацієнтів. (жителів Красноградської територіальної громади, військових тощо)

Замовник: КНП «Красноградська центральна районна лікарня»

код ЄДРПОУ: 02002701

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України —Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-09-15-001773-а

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 38310000-1 Високоточні терези ВАГИ-Рампи для ліжка електронні серії WPT "RADWAG" -1 шт. або аналог за кодом ДК 021:2015 - 38310000-1 Високоточні терези

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 145 000 грн. 00 коп. (сто сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок), з ПДВ

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації. Врахована інформація про ціни, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції. Здійснено моніторинг та аналіз ринкових цін, що відображені в електронній системі закупівель «PROZORRO».

Місце поставки: Обсяг поставки товару відповідно до планової потреби та обсягу фінансування.
63304, Україна, Харківська обл., Красноградський р-н, м.Красноград, вул. Шиндлера, 87.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Таблиця медико-технічних вимог до

**ДК 021:2015: 38310000-1 Високоточні терези
ВАГИ-Рампи для ліжка електронні серії WPT "RADWAG" -1 шт. або аналог за
кодом ДК-021:2015 - 38310000-1 Високоточні терези**

Параметр	Вимога	Відповідність
Наявність двох рейок, що розсовуються до 2,5 м	наявність	
Конструкція ваги має давати можливість використання її незалежно від типу ліжка і способу його гальмування	наявність	
Інструкція користувача українською мовою	наявність	
Електроживлення	від виносного блоку живлення 12В що підключається до розетки 220В±10% та від вбудованого акумулятора	
Гарантійний термін експлуатування	не менше ніж 24 місяців із дати введення в експлуатацію	
Гарантійний термін експлуатування	не менше ніж 24 місяців із дати введення в експлуатацію	
Авторизація від виробника або уповноваженого дилера на право представляти продукцію на території України	наявність	
Найбільша границя зважування, кг	300	
Дискретність, г	100	
Найменша границя зважування, г	2000	
Індикатор	LSD	
Легка конструкція ваг -маса однієї рампи 8 кг	відповідність	
Функції - зважування в кілограмах; - автоматичне обнулення показів ваг при включенні живлення; - сигналізація про перевантаження; - вибирання маси тари. - інтерфейс RS-232	наявність наявність наявність наявність наявність	
Габаритні розміри ,мм	Не менше 400x400 мм	
Сертифікат калібрування	наявність	
Сертифікат перевірки типу відповідності	надати	

Параметр	Вимога	Відповідність
технічному регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів		

Примітка:

- 1. У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент).*
- 2. Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику пропонованого товару у вигляді таблиці.*

Уповноважена особа



О.Бойко