

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі

ідентифікатор закупівлі UA-2024-03-05-011928-a

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Мета проведення закупівлі: Для організації роботи медичного закладу КНП «Красноградська центральна районна лікарня», замовник повинен забезпечити створення умов якісного та ефективного лікування пацієнтів. (жителів Красноградської територіальної громади, військових тощо)

Замовник: КНП «Красноградська центральна районна лікарня»

код ЄДРПОУ: 02002701

Вид процедури: відкриті торги з особливостями. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України — Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-05-011928-a

Предмет закупівлі: Камера ендоскопічна FullHD - 1 од. або еквівалент (код НК: 35958 - Ендоскоп-відеокамера) Код ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Очікувана вартість предмета закупівлі: Загальна очікувана вартість предмета закупівлі: 163 000, 00. (сто шістдесят три тисячі гривень 00 копійок), з ПДВ

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено пошук, збір та аналіз загальнодоступної цінової інформації. Врахована інформація про ціни, що міститься в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції. Здійснено моніторинг та аналіз ринкових цін, що відображені в електронній системі закупівель «PROZORRO».

Місце поставки: Обсяг поставки товару відповідно до планової потреби та обсягу фінансування.

63304, Україна, Харківська обл., Красноградський р-н, м.Красноград, вул. Шиндлера, 87.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

Медико-технічні вимоги

Основні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного

регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. На підтвердження медико-технічних вимог, надати копії інструкцій з експлуатації, технічних паспортів, офіційних каталогів або брошур виробника або його уповноваженого представника на території України українською мовою.
3. З метою попередження поставки фальсифікатів Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або уповноваженого представника виробника на території України, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, в належній якості, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів.
4. Наявна сервісна служба з сертифікованими сервісними інженерами в Україні (надати гарантійний лист).
5. Обладнання постачається новими, технічно справними, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у використанні. Рік випуску усієї продукції - не раніше 2022. Надати гарантійний лист.
6. Гарантійний термін обслуговування обладнання має складати не менше 12 міс. з дати введення в експлуатацію. Надати гарантійний лист.

Вказівки щодо заповнення таблиці технічних специфікацій:

1. Для позицій першого порядку (наприклад №1) в останній колонці необхідно зазначити відповідність (Так або Ні), назву та артикул товару, посилання на декларацію відповідності (номер декларації, сторінка та порядковий номер позиції в ній).
2. Для позицій другого порядку (наприклад № 1.1) в останній колонці необхідно зазначити посилання на технічну документацію (назва файлу та номер сторінки).

Таблиця технічних специфікацій:

№	Характеристики	Відповідність (Так/Ні), артикул, назва, посилання на технічні документацію виробника та декларацію відповідності
1	Камера ендоскопічна FullHD, що має наступні характеристики: - 1 од. (код НК: 35958 - Ендоскоп-відеокамера)	
1.1	розмір сенсору: не менше 1/2.3"	
1.2	тип сенсора: CMOS (цифровий)	
1.3	кількість пікселів: не менше 2 100 000 пікселів	
1.4	розподільна здатність: 1920 x 1080 пікселів	
1.5	частота кадрів: не менше 50 кадрів при розподільній здатності 1920*1080р	
1.6	горизонтальна розподільна здатність: не менше 1080 ТВЛ	
1.7	тип сканування: прогресивний	
1.8	наявна функція: ручний та автоматичний баланс білого	
1.9	наявна функція: «Заморозка кадру» з можливістю активації на панелі та на голівці камери	
1.10	відео виходи: HDMI (не менше 3 штук)	
1.11	наявність цифрового дисплею: не менше 5 дюймів на передній панелі блоку управління	
1.12	наявна функція "стоп-кадр", що активується на головній панелі та кнопкою на голівці камери	
1.13	баланс білого: активується, що на головній панелі та кнопкою на голівці камери	
1.14	швидкість затвору камери: 1/50 (1/60) до 1/100.000 секунди	
1.15	SNR: ≥50 дБ	
1.16	напруга: 220 В	
1.17	частота струму: 50-60 Гц	
1.18	потужність: 60 Вт	
1.19	Комплект поставки: блок управління камерою – 1 шт., голівка камери - 1 шт, HDMI кабель, 2 м; USB флеш накопичувач на 64 Гб., оптичний адаптер – 1 шт., кабель живлення – 1 шт.; інструкція із застосування - 1 шт.;	

Важливі вимоги:

1. Усі артикули та назви товарів, що пропонуються мають повністю відповідати декларації про відповідність.

Примітка: У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). Якщо учасник пропонує інший товар (аналог або еквівалент), ніж передбачений цією документацією, то у складі тендерної пропозиції повинен надати порівняльну характеристику

Уповноважена особа



О.Бойко